Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Gases Arteriales Plus. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 112
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	15
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Enero – Mayo y Agosto
Número de Muestras por Evento:	Cinco (5).
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa. Media, SD, SDI, Incertidumbre. Resumen de desempeño. Sumario de Participantes.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
BUN, Calcio ionizado, Cloro, Creatinina, Glucosa, HematocritO, Hemoglobina, Lactato calculado, Magnesio ionizado, pCO2, pH, pO2, Potasio, Sodio y tCO2	
Características de la Muestra:	Volumen de 3,0 ml. Líquida (Ampolla). Almacenar de 2° a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Media, SD, SDI, Incertidumbre.
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos