

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Virología Respiratoria SARS/Gripe/VSR

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 388
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	4
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Influenza A - Influenza B - -RSV - SARS CoV2	
Características de la Muestra:	Volumen 1,0 ml. Líquida lista para su uso. Aplica para métodos moleculares.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa. Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Aceptado pro CAP, CMS, COLA, TJC
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos