



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para HPV molecular

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 975
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Febrero - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
HPV - HPV genotipos (16, 18 & 18/45)	
Características de la Muestra:	Volumen 1,0 ml. Líquida lista para su uso. Para la detección de HPV de alto riesgo. Aplica para métodos moleculares. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa. Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos